



*Servicios Bio-integrales del Norte*  
*S.A de C.V*  
**LABORATORIO**

**REPORTE DE ANALISIS CLINICOS**

**NOMBRE: EDUARDO OLMOS CASTRO**

EDAD: 59 años

SEXO: MASCULINO

MEDICO: Dr.(a) A QUIEN CORRESPONDA

FECHA DE RECEPCION: 15 DE MARZO DE 2024

FECHA DE REPORTE: 15 DE MARZO DE 2024

HORA DE REPORTE: 15:30 pm

**PRUEBA TOXICOLOGICO ANTIDOPING (5)**

METODO DE INMUNOENSAYO CROMATOGRAFICO DE FLUJO LATERAL

| PRUEBA                      | RESULTADO   | VALORES DE REFERENCIA |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| ANFETAMINAS/ METANFETAMINAS | NO REACTIVO | NO REACTIVO           |
| MARIHUANA/CANNABINOIDES     | NO REACTIVO | NO REACTIVO           |
| COCAINA                     | NO REACTIVO | NO REACTIVO           |
| OPIACEOS                    | NO REACTIVO | NO REACTIVO           |
| METANFETAMINA II            | NO REACTIVO | NO REACTIVO           |

El ensayo es realizado por Inmunocromatografía, Esta prueba de DETECCIÓN MULTIDROGAS , revela buen número de drogas y meta bolitos de drogas en la orina humana en las siguientes concentraciones de línea de corte: 6-Acetil morfina Anfetamina Barbitúricos Buprenorfina Benzodiazepinas Cocaína Cotinina Metabolito de metadona Etil glucurónico No fentanilo, Marihuana sintética, Éxtasis, Metanfetamina, Metadona, Morfin, Opiáceos, Oxiconona Fenciclidina Propoxifeno Antidepresivos tricíclicos de Marihuana como el Tramadol.

La orina con y sin concentraciones de droga con línea de corte +/- 50% y +/- 25% fueron analizadas por operadores en laboratorios de consultorios médicos (POL, en inglés) durante 20 días no consecutivos y por personal interno en el sitio de manufactura Los **resultados mostraron una concordancia de más del 99%** en los niveles de la línea de corte de +/- 50%.

ESTA PRUEBA DE DETECCIÓN MULTIDROGAS, Incluye un control de procedimiento: Una línea roja que aparece en la región de control (C) es una comprobación de dicho procedimiento interno. Confirmando un volumen de muestra suficiente, una absorción adecuada de la membrana y una técnica de proceso correcto para garantizar el desempeño adecuado de este Kit. ONE SECOND PRUEBA PARA LA DETECCION DE DROGAS DE ABUSO. Con 25 pruebas, se incluyen controles positivo y negativo.



*Servicios Bio-integrales del Norte*  
*S.A. de C.V.*  
**LABORATORIO**

Av. Del Desierto No. 47C. Tancón, Coahuila Mex. C.P. 27089  
Tel. (571) 7219467 email: [resybioinn@hotmail.com](mailto:resybioinn@hotmail.com)

*Bengoa Ro Glez*  
**IBQ. ROSA MARIA BENGEOA ROJAS GONZALEZ**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA  
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  
CED. PROF. 5405177